

OneTouch Ultra Plus Reflect™

Système de surveillance de la glycémie

Guide de démarrage

Suivez les étapes détaillées de ce guide pour la première prise en main de votre lecteur de glycémie.

IMPORTANT : Veuillez lire le manuel d'utilisation fourni avec le système.

1 Réglage du lecteur de glycémie


Allumer le lecteur

Appuyez sur le bouton **OK** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran Bienvenue apparaisse.

Utilisez les boutons **↑** ou **↓** pour le réglage des différents paramètres et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Réglage de la langue

Sélectionnez la langue souhaitée, puis appuyez sur **OK**.



Facultatif :

Terminez le réglage au moyen de l'application mobile OneTouch Reveal®*.


Sélectionnez **Oui** pour que l'application vous guide dans le réglage.

Téléchargez l'application mobile OneTouch Reveal® avant d'associer votre lecteur de glycémie et votre appareil mobile.




Réglage de l'heure

Appuyez sur le bouton **OK** si l'heure est correcte ou modifiez-la au besoin et confirmez.




Réglage de la date

Appuyez sur le bouton **OK** si la date est correcte ou modifiez-la au besoin et confirmez.



Réglage des seuils d'objectif à l'heure des repas

Appuyez sur le bouton **OK** si les seuils pré-réglés de vos objectifs Avant repas et Après repas sont corrects ou modifiez-les au besoin et confirmez.




Réglage du suivi des tests

Appuyez sur le bouton **OK** si l'objectif prédéfini est correct ou modifiez-le au besoin et confirmez.



Réglage de l'objectif moyen sur 90 jours

Appuyez sur le bouton **OK** si l'objectif moyen sur 90 jours est correct ou modifiez-le au besoin et confirmez.



REMARQUE : Discutez avec votre professionnel de santé des seuils d'objectif, de l'objectif de suivi des tests et de l'objectif moyen sur 90 jours qui sont appropriés pour vous.

Icônes du lecteur de glycémie

	Fonction Bluetooth® activée
	Synchronisation
	Résultat du test avec la solution de contrôle
	Pile faible
	Points d'avancement de la navigation d'écran

Consultez le manuel d'utilisation pour les symboles et les icônes du lecteur de glycémie et leur signification.

* Visitez le site www.OneTouch.com/global pour plus d'informations sur l'application mobile OneTouch Reveal® et pour découvrir si elle est disponible dans votre pays.

ONETOUCH®



OneTouch Ultra Plus Reflect™

Système de surveillance de la glycémie

Guide de démarrage

2 Réalisation d'un test

Lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon, rincez-les et séchez-les avant de prélever un échantillon. Retirez l'embout du stylo autopiqueur, puis insérez une lancette stérile. Tournez le disque de protection. Remettez l'embout du stylo autopiqueur en place.




Insérez une bandelette réactive (le côté bleu et les 2 ergots argentés face à vous) pour mettre le lecteur de glycémie en marche.

Ergots argentés



Fente d'insertion de la bandelette réactive


Ajustez le réglage de la profondeur du stylo autopiqueur. Armez le stylo autopiqueur et maintenez-le fermement contre le côté de votre doigt. Appuyez sur le bouton déclencheur. Massez doucement votre doigt afin d'obtenir une goutte de sang bien ronde.



Taille approximative

Appliquez l'échantillon sanguin sur l'un des deux côtés latéraux de la bandelette réactive.

Une fois que le sillon est rempli, il devient rouge et votre résultat s'affiche après 5 secondes environ.



Appliquer sang

3 Lecture du résultat


Indicateur d'objectif dynamique ColourSure®

L'indicateur d'objectif dynamique ColourSure® vous indique immédiatement si le résultat est inférieur à l'objectif (bleu), supérieur à l'objectif (rouge) ou dans l'objectif (vert). Il indique également quand votre résultat se rapproche de l'extrémité inférieure ou supérieure de votre objectif glycémique. Une note textuelle ou un emoji pointe sur un segment de la barre de couleur.

Exemples de résultat



Inférieur à l'objectif



Extrémité inférieure de l'objectif



Supérieur à l'objectif

Informations liées aux repas et autres informations

Une information Avant repas (🍏) est automatiquement appliquée à votre résultat. Vous pouvez remplacer l'information liée aux repas par Après repas (🍷) et ajouter une autre information.



120 mg/dL




120 mg/dL


Messages de la fonction Coach de Glycémie (Blood Sugar Mentor™)

La fonction Coach de Glycémie (Blood Sugar Mentor™) fournit un aperçu sur vos progrès et offre des conseils sur la gestion du diabète, y compris des messages éducatifs et motivationnels basés sur vos résultats glycémiques actuels et précédents, ainsi que d'autres données suivies.

Exemples de messages de la fonction Coach de Glycémie (Blood Sugar Mentor™)



Informations



Conseils




Encouragements


4 Connexion à un appareil mobile

La technologie **Bluetooth®** vous permet d'envoyer sans fil vos résultats à un appareil mobile sur lequel vous pouvez utiliser l'application mobile OneTouch Reveal® pour consulter et analyser vos résultats à travers différentes représentations graphiques, régler des objectifs de suivi des tests, consulter les messages de la fonction Coach de Glycémie (Blood Sugar Mentor™) et identifier des tendances glycémiques.

Dans le menu Réglages, sélectionnez **Bluetooth**, puis appuyez sur le bouton (OK).




Une ✓ indique si la fonction **Bluetooth®** est actuellement activée ou désactivée. Appuyez sur le bouton (↑) ou (↓) pour faire passer le statut de **Bluetooth®** à Activé et appuyez sur (OK).



À l'invite de votre appareil mobile, entrez le code PIN affiché.

Exemple de code PIN



La marque et les logos **Bluetooth®** sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par LifeScan Scotland Ltd. Les autres marques de commerce et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2021 LifeScan IP Holdings, LLC
AW 03233601B
Date rév.: 09/2021

LifeScan Europe GmbH
Gubelstrasse 34
6300 Zug, Switzerland



ONETOUCH®